FORA®

Diamond MINI

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE

Manuel de l'utilisateur

TABLE DES MATIÈRES

France

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 04

À LIRE AVANT UTILISATION 04

UTILISATION 04

DESCRIPTION DU LECTEUR ET FONCTIONS PrincipalS 05

ÉCRAN DU LECTEUR 05

BANDELETTES RÉACTIVES FORA Diamond MINI 06

PARAMÉTRAGE DU LECTEUR ET EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE 06

PRÉSENTATION DES QUATRE MODES DE MESURE 09

TEST DU SYSTÈME À L'AIDE DE SOLUTIONS DE CONTRÔLE 10

COMMENT RÉALISER UN TEST À L'AIDE DE LA SOLUTION DE CONTRÔLE 10

TEST DE LA GLYCÉMIE 11

CONSULTATION DE LA MÉMOIRE DU LECTEUR 13

AFFICHAGE DES RÉSULTATS 13

AFFICHAGE DE LA MOYENNE DES RÉSULTATS DES TESTS 14

TÉLÉCHARGEMENT DES RÉSULTATS SUR UN ORDINATEUR 14

TRANSMISSION DES DONNÉES PAR CÂBLE (MODÈLES DM30a) 15

TRANSMISSION DES DONNÉES PAR CONNEXION BLUETOOTH (MODÈLES DM30b) 15

RECHARGE DE LA PILE 16

MESSAGES ET RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 17

SYMBOL SIGNIFICATION 19

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 20

Version 1.0 2012/06

311-4283000-007

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

À LIRE AVANT UTILISATION

Cher utilisateur du Système de contrôle de la glycémie **FORA Diamond MINI,** Ce système est composé de trois éléments principaux: un lecteur, des bandelettes réactives et des solutions de contrôle. Ils ont été conçus, puis testés, individuellement et ensemble en tant que système, de sorte à fournir des résultats exacts lors des tests de glycémie. Utilisez uniquement les bandelettes réactives et les solutions de contrôle **FORA Diamond MINI** avec le Système de contrôle de la glycémie **FORA Diamond MINI.**

UTILISATION

Ce système est conçu pour un usage externe uniquement (diagnostic in vitro). Il permet de mesurer le taux de glucose dans des échantillons de sang total capillaire, prélevés au niveau de la paume des mains, de l'avant-bras, du bras, du mollet, de la cuisse ou des doigts. Ce système n'est pas conçu pour le diagnostic ou le dépistage du diabète sucré et ne doit pas être utilisé sur les nouveau-nés.

Les professionnels de la santé peuvent effectuer le test avec un échantillon de sang capillaire ou de sang veineux ; l'utilisation par le patient est limitée au test du sang total capillaire. Utilisez uniquement de l'héparine comme anticoagulant pour le sang total.

Il fournit des résultats sur plasma.

La concentration de glucose dans le sang ou le plasma peut être exprimée soit en mg/dL(masse) soit en mmol/L (masse molaire). La règle de conversion approximative des mg/dL en mmol/L est :

mg/dL	Divisé par 18	= mmol/L
mmol/L	Multiplié par 18	= mg/dL

Par exemple:
1) 120 mg/dL ÷ 18 = 6,6 mmol/L
2) 7,2 mmol/L x 18 = 129 mg/dL environ.

DESCRIPTION DU LECTEUR ET FONCTIONS PrincipalS



REMARQUE:

Le lecteur se met automatiquement sous tension 180 secondes après la dernière action effectuée. Vous pouvez également maintenir le bouton principal enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre manuellement le lecteur.

ÉCRAN DU LECTEUR


Symbole visage/Souriant/ Triste
Zone de résultat du test
Affiche les résultats du test
(le point décimal s'affiche lorsque l'unité de mesure sélectionnée est le millimole par litre).
Symbole d'erreur
S'affiche en même temps que les messages d'erreur.
Symbole pile
S'affiche lorsque la pile est faible.
Mode de mesure
Gen, AC, PC, QC
mg/dL
Témoin alarme activée
Mémoire
Indique que les résultats d'un test sont enregistrés dans la mémoire.
AM
PM
Affichage de l'heure
Mois / Jour / Heure / Minutes.
Symbole représentant une goutte de sang
Clignote lorsque le lecteur est prêt à recevoir l'échantillon.
Unité de mesure
L'unité de mesure est le mg/dl et ne peut être modifiée.

BANDELETTES RÉACTIVES FORA Diamond MINI

Le système mesure le taux de glucose (sucre) dans le sang total. Une goutte de sang est appliquée sur la partie absorbante de la bandelette et est automatiquement amenée à la partie réactive où se produit la réaction.

Partie absorbante
Appliquez la goutte de sang sur cette zone. Elle est automatiquement absorbée.

Fenêtre de confirmation
Permet de vérifier qu'une quantité suffisante de sang a été appliquée sur la partie absorbante de la bandelette.

Zone de préhension de
la bandelette réactive Saisissez la bandelette par cette partie pour l'insérer dans la fente.

Zone de contact
Insérez cette extrémité dans le lecteur et poussez la bandelette au maximum.



PARAMÉTRAGE DU LECTEUR ET EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE

Le lecteur hors tension (aucune bandelette réactive insérée), **appuyez sur le bouton**

Étape 1. Réglage de la date.
Lorsque l'année clignote, appuyez plusieurs fois sur le bouton Principal jusqu'à ce que la valeur correcte s'affiche. Appuyez ensuite sur le bouton SET.

Lorsque le mois clignote, appuyez plusieurs fois sur le bouton Principal jusqu'à ce que la valeur correcte s'affiche. Appuyez ensuite sur le bouton SET.

Lorsque le jour clignote, appuyez plusieurs fois sur le bouton Principal jusqu'à ce que la valeur correcte s'affiche. Appuyez ensuite sur le bouton SET.

Étape 2. Sélection du format de l'heure.
Appuyez sur le bouton Principal pour sélectionner le format de votre choix, 12 h ou 24 h. Appuyez ensuite sur le bouton SET.

Étape 3. Réglage de l'heure.
Lorsque l'heure clignote, appuyez plusieurs fois sur le bouton Principal jusqu'à ce que la valeur correcte s'affiche. Appuyez ensuite sur le bouton SET.

Lorsque les minutes clignotent, appuyez plusieurs fois sur le bouton Principal jusqu'à ce que la valeur correcte s'affiche. Appuyez ensuite sur le bouton SET.

Étape 4. Effacement de la mémoire.
Lorsque «dEL» s'affiche à l'écran et que le symbole « M » clignote, appuyez sur le bouton Principal et sélectionnez "no" pour garder les résultats en mémoire, puis sur le bouton SET pour passer directement à l'étape suivante.

Pour supprimer tous les résultats, appuyez sur bouton Principal, puis « yes » et « M » s'affichent sur le lecteur, appuyez sur SET pour supprimer la mémoire.

Étape 5. Réglage des alarmes de rappel.
Vous pouvez régler une à quatre alarmes de rappel (1-4). Le message « On » ou « OFF » et le symbole « 1 » s'affichent. Appuyez sur le bouton Principal pour activer ou désactiver la première alarme de rappel.

Appuyez sur le bouton Principal pour sélectionner « On », puis sur le bouton SET pour régler l'heure. Lorsque l'heure clignote, appuyez sur le bouton Principal pour ajouter une heure. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer la valeur définie, les minutes se mettent à clignoter. Appuyez sur le bouton Principal pour ajouter une minute. Maintenez le bouton Principal enfoncé pour aller plus vite. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer la valeur et passer à l'alarme de rappel suivante.

Si vous ne souhaitez pas régler d'alarme, appuyez sur le bouton SET pour passer directement à l'étape suivante.

Pour désactiver une alarme, appuyez sur le bouton SET en mode réglage pour afficher le numéro de l'alarme, puis appuyez sur le bouton Principal pour passer de « On » à « OFF ».

À l'heure définie, le lecteur émet un bip sonore et se met automatiquement sous tension. Appuyez sur le bouton Principal pour couper l'alarme et insérez une bandelette réactive pour procéder au test. Si vous n'appuyez pas sur le bouton Principal, le lecteur sonne pendant 2 minutes puis se met hors tension. Si vous ne souhaitez pas procéder au test à ce moment-là, appuyez sur le bouton Principal pour mettre le lecteur hors tension.

Étape 6. E Accesso all'accoppiamento Bluetooth(solo per DM30b)

REMARQUE:
Questa fase consente di accoppiare il presente misuratore a un ricevitore Bluetooth per la prima volta, nonché di accoppiare il misuratore a un altro ricevitore Bluetooth nuovo.

Quando il simbolo « no » lampeggia sul display, premere SET per conservare i dati di accoppiamento.





Per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth premere una volta il pulsante Principal e sul misuratore verrà visualizzato « yes ». Quindi premere SET per confermare e verrà visualizzato « CLr ». Il misuratore si spegnerà automaticamente e l'indicatore Bluetooth comincerà a lampeggiare per indicare che la procedura di accoppiamento con un ricevitore Bluetooth è in corso.

PRÉSENTATION DES QUATRE MODES DE MESURE

Quatre modes de mesure sont disponibles : Général, AC, PC et QC.

MODES	UTILISATION
Général (affiche comm “Gen”)	À toute heure du jour, quelle que soit la durée écoulée depuis le dernier repas
AC	À jeun depuis au moins 8 heures
PC	2 heures après un repas
QC	Test à l’aide de la solution de contrôle

Vous pouvez passer d'un mode à l'autre des manières suivantes:

1. Insérez une bandelette réactive pour allumer le lecteur. Le symbole représentant « ● »clignote sur l'écran.

2. Appuyez sur le bouton Principal pour passer du mode Général aux modes AC, PC et QC.

TEST DU SYSTÈME À L’AIDE DE SOLUTIONS DE CONTRÔLE

Nos solutions de contrôle contiennent une quantité déterminée de glucose pouvant réagir avec les bandelettes. Il est possible de vérifier, en comparant les résultats obtenus avec la solution de contrôle à la plage de valeurs figurant sur l'étiquette du flacon de bandelettes réactives, que le lecteur et les bandelettes réactives fonctionnent correctement lorsqu'ils sont utilisés ensemble et que la technique de test utilisée est correcte. Il est essentiel de réaliser ce test de contrôle rapide régulièrement pour garantir l'exactitude des résultats des tests de glycémie.

COMMENT RÉALISER UN TEST À L'AIDE DE LA SOLUTION DE CONTRÔLE

Étape 1. insérez la bandelette réactive

Insérez une bandelette réactive dans la fente, zone de contact la première et face Principal dirigée vers le haut (la zone de contact doit être complètement insérée dans le lecteur pour garantir l'exactitude des résultats). Le lecteur se met automatiquement sous tension et la séquence suivante s'affiche:



Lorsque le symbole « ◆ » apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton Principal. Le message « QC » s'affiche et indique que le lecteur n'enregistre pas les résultats du test dans la mémoire. Si vous décidez de ne pas procéder au test à l'aide de la solution de contrôle, appuyez à nouveau sur le bouton Principal pour faire disparaître le message « QC ».

REMARQUE :

Chaque fois que vous procédez à un test à l'aide de la solution de contrôle, vous devez mettre le lecteur en mode de test « QC », afin que le résultat ne s'enregistre pas dans la mémoire.







Étape 2. Appliquez la solution de contrôle
Agitez bien le flacon de solution avant utilisation. Appuyez sur le flacon pour en extraire une première goutte de solution, essuyez-la, puis appuyez à nouveau pour obtenir une seconde goutte et déposez-la au sommet du bouchon du flacon. Placez la partie absorbante de la bandelette réactive sur la goutte. Une fois la fenêtre de confirmation totalement recouverte, un compte à rebours s'affiche. Pour éviter de contaminer la solution de contrôle, n'appliquez pas la solution de contrôle directement sur la bandelette.

Étape 3. Lecture et comparaison des résultats.
Une fois le compte à rebours terminé, le résultat du test réalisé avec la solution de contrôle s'affiche à l'écran. Il doit se situer dans la plage de valeurs figurant sur l'étiquette du flacon de bandelettes.

Résultats hors plage.
Si vous continuez d'obtenir des résultats en dehors de la plage de valeurs figurant sur le flacon de bandelettes réactives, il se peut que le lecteur et les bandelettes soient défectueux. Ne procédez **PAS** à un test réel. Contactez le service client ou votre revendeur.

TEST DE LA GLYCÉMIE

Préparation de l'autopiqueur pour le test
Suivez les instructions figurant dans le mode d'emploi de l'autopiqueur pour le prélèvement de l'échantillon de sang.

Étape 1. Insérez la bandelette réactive pour mettre le lecteur sous tension.
Attendez que les symboles représentant « ● ».

Étape 2. Sélectionnez le mode de mesure approprié en appuyant sur le bouton Principal.
Pour ce faire, consultez la section "PRÉSENTATION DES QUATRE MODES DE MESURE".



Étape 3. Appliquez l'échantillon de sang

Prélevez une goutte de sang d'au moins 0,5 µl à l'aide de l'autopiqueur. Utilisez le capuchon transparent pour les sites de prélèvement autres que le doigt et consultez le mode d'emploi fourni avec les bandelettes pour en savoir plus.

Placez la partie absorbante de la bandelette réactive sur la goutte de sang en l'inclinant. Si la fenêtre de confirmation est complètement remplie, l'échantillon de sang est suffisant. Ne retirez **PAS** le doigt tant que le signal sonore n'a pas retenti.

Si ce n'est pas le cas, n'ajoutez pas de sang sur la bandelette. Mettez-la au rebut et recommencez. Si vous n'arrivez pas à appliquer une quantité suffisante de sang sur la bandelette, contactez votre service client.

REMARQUE :

Si l'échantillon de sang n'est pas appliqué dans les 3 minutes, le lecteur se met automatiquement hors tension. Vous devez alors retirer la bandelette et l'insérer à nouveau dans le lecteur pour le redémarrer.

Étape 4. Résultat

Le résultat du test de glycémie s'affiche une fois le compte à rebours terminé. Il est automatiquement enregistré dans la mémoire du lecteur. (100 mg/dL= 5.6 mmol/L)

MISE EN GARDE:

- Ne modifiez pas votre traitement en fonction des résultats sans consulter au préalable un professionnel de la santé.
- Mettez le lecteur hors tension en retirant la bandelette réactive. Mettez la bandelette et la lancette au rebus conformément à la réglementation locale.

CONSULTATION DE LA MÉMOIRE DU LECTEUR

AFFICHAGE DES RÉSULTATS

Le lecteur enregistre dans la mémoire les résultats des 450 derniers tests de glycémie, ainsi que la date et l'heure auxquelles ils ont été effectués. La procédure simple qui suit vous permet de consulter ces données.

Étape 1. Sélectionnez le mode mémoire

Le lecteur hors tension, appuyez sur le bouton Principal. Le premier résultat s'affiche, ce qui indique que vous êtes en mode mémoire.

Lors de la première utilisation du lecteur ou si les résultats ont été effacés, « - - - » s'affiche pour indiquer que la mémoire est vide.



Étape 2. Réaffichage des résultats

Après le dernier résultat, le résultat du test précédent s'affiche avec la date et l'heure auxquelles il a été effectué. Appuyez sur le bouton Principal pour afficher les 450 derniers résultats dans l'ordre. Une fois la mémoire pleine, le résultat le plus ancien est effacé lorsque le dernier est enregistré.

(200 mg/dL = 11.11 mmol/L ; 300 mg/dL = 16.66 mmol/L)



Étape 3. Sortez du mode mémoire

Appuyez sur le bouton Principal pendant trois secondes pour éteindre le lecteur ou après le dernier résultat, l'écran affiche « End » et s'éteint automatiquement.

REMARQUE :
Les résultats des tests réalisés à l'aide de la solution de contrôle ne sont PAS enregistrés dans la mémoire. Seuls les résultats des tests de glycémie réels sont conservés.

AFFICHAGE DE LA MOYENNE DES RÉSULTATS DES TESTS

1. Appuyez sur le bouton Principal

Appuyez sur le bouton Principal pendant 3 secondes jusqu'à ce que le symbole "AVG" s'affiche et clignote. Relâchez le bouton Principal pour afficher la moyenne sur 7 jours en mode général.

2. Appuyez sur le bouton Principal

pour afficher les moyennes sur 14, 21, 28, 60 et 90 jours enregistrées pour chaque mode de mesure (dans l'ordre mode Général, mode AC, puis mode PC).

3. Sortez du mode mémoire.

Maintenez le bouton Principal enfoncé pour mettre le lecteur hors tension après affichage du dernier résultat.
(100 mg/dL = 5.6 mmol/L).

TÉLÉCHARGEMENT DES RÉSULTATS SUR UN ORDINATEUR

FORA Diamond MINI est disponible en 2 types de méthodes de transmission : votre lecteur utilise soit un port USB, soit Bluetooth pour transmettre les données. Veuillez consulter la boîte du lecteur pour savoir la méthode de transmission qu'il utilise.

TRANSMISSION DES DONNÉES PAR CÂBLE (MODÈLES DM30a)

Vous pouvez brancher votre lecteur à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB et afficher les résultats des tests par le biais du logiciel Health Care Software System. Pour en savoir plus sur le logiciel Health Care Software System ou obtenir un câble USB séparément, veuillez contacter le service client ou votre revendeur.

1. Obtention du câble requis et installation du logiciel.
Pour télécharger le logiciel Health Care Software System, rendez-vous sur le site Web de ForaCare Suisse AG, www.foracare.ch.



2. Connexion à un ordinateur.
Connectez le câble au port série de votre ordinateur. Le lecteur hors tension, reliez l'autre extrémité du câble au port de transmission des données du lecteur. Le message « USb » s'affiche et indique que le lecteur est en mode communication.

3. Transmission des données.
Suivez les instructions du logiciel pour transmettre les données. Les résultats sont transmis avec la date et l'heure auxquelles ils ont été obtenus. Débranchez le câble. Le lecteur se met automatiquement hors tension.

TRANSMISSION DES DONNÉES PAR CONNEXION BLUETOOTH (MODÈLES DM30b)

Vous pouvez utiliser votre téléphone iOS (5.0.1 ou version ultérieure) ou Android pour télécharger les données contenues sur votre lecteur via connexion Bluetooth. Les étapes suivantes vous indiquent comment transmettre les données depuis le lecteur. Veuillez contacter le service client ou votre revendeur.

Veuillez noter qu'il est nécessaire d'effectuer l'appariement entre le lecteur et le récepteur Bluetooth pour la première utilisation.

1. **Veillez à ce que le lecteur soit bien apparié à votre téléphone iOS (5.0.1 ou version ultérieure) ou Android en suivant les instructions du mode de réglage à l'étape 6.**

2. **Installez le logiciel sur votre téléphone iOS (5.0.1 ou version ultérieure) ou Android.**

3. **Transmission des données.**

Activez le Bluetooth sur votre téléphone iOS (5.0.1 ou version ultérieure) ou Android et laissez-le allumé. Le lecteur doit pouvoir s'y connecter après la mesure. Vous pouvez alors afficher les données sur votre équipement.

MISE EN GARDE :

- Lorsque le lecteur est en mode transmission, il est impossible de procéder à un test de la glycémie.
- Vérifiez que la connexion Bluetooth est activée sur votre téléphone iOS (5.0.1 ou version ultérieure) ou Android avant de transmettre les données et que le lecteur est à portée. Das Messgerät muss sich in Empfangsreichweite befinden.
- Le port USB du lecteur DM30b ne sert qu'à recharger la pile. Il ne permet pas la transmission de données.

RECHARGE DE LA PILE

Le lecteur est équipé d'une pile rechargeable intégrée en Li-polymère. Si le symbole de pile faible « ▭ » s'affiche sur l'écran pour indiquer que la pile est déchargée, cela signifie qu'il est temps de recharger la pile.

1. Branchez le câble USB dans le port de données du lecteur.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans un port USB libre de votre ordinateur.
3. « USB » s'affiche sur l'écran et l'indicateur de recharge s'allume en rouge tant que la recharge de la pile est en cours. Une fois que la pile est totalement rechargée, le voyant rouge devient vert.
4. Débranchez le câble USB. Le lecteur s'éteint automatiquement.

REMARQUE :

• La recharge prend environ 2 heures. La recharge de la pile n'entraîne pas l'effacement des résultats enregistrés dans la mémoire.

• Le câble USB sert à la recharge de la pile et à la transmission de données avec un ordinateur. Si vous souhaitez recharger la pile à partir d'une prise murale, veuillez vous procurer un adaptateur USB.

MESSAGES ET RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Le tableau suivant dresse la liste des messages s'affichant à l'écran. Si un message d'erreur apparaît, suivez les indications correspondantes données dans le tableau. Si le problème persiste, contactez votre service client.

<table>
<tr><th>MESSAGE</th><th colspan="3">SIGNIFICATION</th></tr>
<tr><td>Lo</td><td colspan="3">< 20 mg/dL (1.1 mmol/L).</td></tr>
<tr><td>☹</td><td colspan="3">20 - 69 mg/dL(1.1 – 3.8 mmol/L).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">☺</td><td>AC</td><td>PC</td><td>Général</td></tr>
<tr><td>70 – 129 mg/dL
(3.9 – 7.2mmol/L).</td><td>70 – 179 mg/dL
(3.9 -9.9 mmol/L).</td><td>70 – 119 mg/dL
(3.9 -6.6 mmol/L).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">☹</td><td>AC</td><td>PC</td><td>Général</td></tr>
<tr><td>130 – 239 mg/dL
(7.2 - 13.3 mmol/L).</td><td>180 – 239 mg/dL
(9.9 – 13.3 mmol/L).</td><td>120 – 239 mg/dL
(6.7 – 13.3 mmol/L).</td></tr>
<tr><td>☹</td><td colspan="3">≥ 240 mg/dL (13.3 mmol/L).</td></tr>
<tr><td>Hi</td><td colspan="3">> 600 mg/dL(33.3mmol/L).</td></tr>
</table>

MESSAGE	SIGNIFICATION	ACTION REQUISE
	Le symbole « » s'affiche également. Il signifie que la pile est trop faible pour terminer le test en cours.	Remplacez immédiatement la pile.
	Une bandelette réactive usagée a été insérée ou problème électrique.	Procédez à nouveau au test à l'aide d'une bandelette neuve. Si le message apparaît à nouveau, contactez votre service client.
	La température ambiante, du lecteur ou de la bandelette réactive est située en dehors de la plage de fonctionnement du système. Il est impossible de réaliser un test si la température du lecteur et celle de la bandelette sont situées en dehors de la plage de fonctionnement, à savoirentre 10 °C et 40 °C (50°F et 104 °F).	Procédez à nouveau au test une fois que la température du lecteur et celle de la bandelette sont situées dans la plage de fonctionnement.
	Défaillance du lecteur.	Lisez à nouveau les instructions et procédez à nouveau au test à l'aide d'une bandelette réactive neuve. Si le problème persiste, contactez votre service client.
	Il se peut que vous ayez retiré la bandelette après avoir appliqué la goutte de sang sur la partie absorbante.	Laissez la bandelette réactive dans la fente du lecteur une fois le sang absorbé jusqu'à ce que le résultat du test s'affiche.

En cas de résultat douteux, veuillez consulter le mode d'emploi fourni avec les bandelettes réactives, qui contient des informations importantes.

SYMBOL SIGNIFICATION

SYMBOLE	SIGNIFICATION	SYMBOLE	SIGNIFICATIO N
	Dispositif médical de diagnostic ***in vitro***		Code du lot
	À usage unique		Fabricant
	Consulter le mode d'emploi		Numéro de série
	Conserver à l'abri de la lumière du soleil		Attention, consulter les documents joints
	Conserver à l'abri de l'humidité		Stérilisé par irradiation
	Plage de températures limites		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Date limite d'utilisation		Marquage CE
	Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro de modèle. : FORA DM30
Dimensions et poids : 93.0mm (L) x 26.03 mm (W) x 5.57 mm (H), 26.8g (Sans pile)
Alimentation : Pile en Li-polymère
Power Source: Li-Polymer battery
Écran : LCD
Mémoire : 450 résultats ainsi que la date et l'heure auxquelles les tests ont été effectués
Sortie : USB/ Bluetooth
Détection automatique de l'insertion de l'électrode
Compte à rebours du temps de réaction automatique
Détection automatique de sang
Avertissement en cas de température trop basse ou trop élevée
Conditions de fonctionnement :

2°C à 32°C (35.6°F à 89.6°F), humidité relative inférieure à 85 % (sans condensation).

Conditions de stockage/transport :

-20 °C à 60 °C (-4°F à 140°F), humidité relative inférieure à 95 %.

Unité de mesure : mg/dL
Plage de valeurs normales : 20 à 600 mg/dL (1,1 à 33,3 mmol/L)

Cet appareil a été testé pour satisfaire aux normes de sécurité des appareils électriques suivantes : IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-101, EN 61326-1, EN 61326-2-6, EN 301 489-17, EN 300 328.

« Pour iPod », « Pour iPhone » et « Pour iPad » signifient que l'accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod, à un iPhone ou à un iPad, respectivement, et que le développeur certifie qu'il est conforme aux normes de performances définies par Apple. Apple n'est en aucun cas responsable du fonctionnement de ce dispositif et de sa conformité avec les normes de sécurité et règlementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut compromettre les performances de la connexion sans fil. iPod touch®, iPhone® et iPad® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Diamond MINI

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE

ForaCare Suisse AG
CH-9000 St. Gallen
www.foracare.ch

Autotest

CE 0459 IVD